



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 573Proc. n.º 240501/2022Rubrica:

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 240501/2022

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 029/2022

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preços por Item

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Equipamento e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA.

AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Municipal n.º 1.384/2019 e Decreto Municipal n.º 683, que regulamenta a modalidade Pregão em sua forma Eletrônica, subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666/1993.

O pregoeiro, Sr. **CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA** da Prefeitura Municipal de Bacabal/MA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002, juntamente com os Membros da Equipe de Apoio, resolve **ADJUDICAR** a licitante vencedora em seus respectivos itens, resultante do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 029/2022**, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação:

1. VMI TECNOLOGIAS LTDA sob CNPJ n.º 02.659.246/0001-03, sediada na Rua Prefeito Elizeu Alves da Silva, n.º 400, CEP 33.240-097, Distrito Industrial Genescooparecido de Oliveira, Lagoa Santa/MG, representada por sua Procuradora a Sra. **MARCELE PEREIRA VIEGAS** sob CPF n.º 101.100.426-70 e C. I. n.º 16.725.959 – SSP/MG, vencedor do item 001, totalizando um Valor Total de **R\$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil reais)**, conforme abaixo:

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.
AMPLA CONCORRÊNCIA						
1	MAMÓGRAFO	Console de operação integrado ao biombo de proteção radiológica, estação aquisição, monitor, mouse, teclado e painel de controle. Gerador de alta frequência microcontrolado, disparador manual incorporado ao console, potência nominal de no mínimo 4,3kW. Seleção/visualização digital de kV, mAs e modo de exposição. Ajustes de faixa de kV de no mínimo 23 a 35 com passos de 1kV; Faixa de mAs maior ou igual a 500. Modos de exposição aplicáveis para foco fino e grosso, manual, automático (auto kV e mAs) e semi-automático (auto mAs). Controle automático de exposição microprocessado, velocidade de rotação do ânodo de no mínimo 3.000 RPM,	DIGIMAMO D	1	Unidade	R\$ 925.000,00



frenagem do ânodo do tubo após exposição. Sistema de controle e detecção de falha no circuito de rotação do ânodo giratório, sistema de detecção de falha no circuito de filamento, sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs) e sistema de proteção térmica do tubo. Descompressão automática ao final da exposição programável. Gantry que permita radiografia da paciente em pé ou sentada, protetor facial removível, movimentos motorizados, deslocamento vertical de no mínimo 70 a 125 cm. Display digital para indicação dos ângulos de rotação, espessura da mama comprimida e força de compressão aplicada. Compressão motorizada com medição por célula de carga, comando de compressão através de dois pedais duplicados. Possibilidade de liberação manual da bandeja de compressão em casos de emergência. Seleção de descompressão automática após o fim da emissão de raios X. Detector plano de selênio amorfo, silicone cristalino ou silício com tecnologia de conversão direta ou indireta, tamanho de no mínimo 23x29cm ou maior, matriz de no mínimo 2500 x 3300 pixels, tamanho do pixel do detector de no máximo 100 micrometros, cobertura em fibra de carbono; Grade antidifusora com razão de no mínimo 5:1 ou sistema equivalente; Resolução de no mínimo 31 linhas/cm; Espaçador e cobertura em fibra de carbono; Sistema de movimentação sincronizado com emissão de raios X. Tubo ânodo giratório de Tungstênio; Pontos focais de 0,1mm e 0,3mm ou único de 0,3mm quando magnificação digital. Capacidade de armazenamento térmico do ânodo de no mínimo 160kHU; Capacidade de armazenamento térmico do housing de no mínimo 425kHU; Dissipação térmica contínua máxima do housing de 80W; Tensão nominal 40kV; Janela de berílio; Filtro de ródio de 50 micrômetros ou equivalente. Estação de trabalho com zoom e arrasto de imagem; Ajuste manual de brilho e contraste, visualização em tamanho real (1:1mm) ou ajustada à tela; Medição de distância, anotação, ajuste



automático de brilho e contraste; Ferramenta de análise (valor médio, mínimo e máximo dos pixels, desvio padrão, dimensões da área de interesse), inversão preto/branco, reprocessamento, corte automático (de acordo com a pré-seleção manual do tipo de bandeja), indicação nas imagens/worklist de impressão e arquivamento remoto, possibilidade de visualização de imagem crua, posicionamento automático das imagens, display multi-formato de - 1, 1x2 e 2x2, funções sincronizadas para multi-formato de zoom e/ou brilho/contraste; Monitor de no mínimo 19 polegadas e capacidade de armazenamento de aproximadamente 3.000 imagens. Suporte as funcionalidades: DICOM, Store, Storage Commitment, Media storage (off-line media), Query/Retrieve, Printing e Modality Worklist. Acessórios: Ampliadores em policarbonato com fator de magnificação de no mínimo 1,5 ou 1,8. Bandejas de compressão com tamanhos aproximados de 24x30, 18x24 ou bandejas equivalentes; Axilar 8x20, localizada para magnificação 9x9, compressor para magnificação panorâmica de no mínimo 1,5x ou 1,8X, compressor com coordenadas tipo fenestrada e suporte de acessórios para fixação na parede.

2. **FERNANDA P SOUSA EIRELI** sob CNPJ n.º 17.211.614/0001-15, sediada na Rua Raimundo Correa, n.º 25, CEP 65.700-000, Juçaral, Bacabal/MA, representada por sua Proprietária a Sra. **FERNANDA PEREIRA SOUSA** sob CPF n.º 011.170.423-59 e C. I. n.º 022261572002-0 SSP/MA, para os itens 02, 03, 04, 05, 06 e 07, no Valor Total de R\$ 9.956,93 (nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), conforme abaixo:

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.
EXCLUSIVOS PARA ME/EPP						
2	ESCADA	Escada Hospitalar, material em aço inoxidável, contendo 2 (dois) degraus.	Metalurgica Pontual	1	Unidade	R\$ 270,10
3	NEGATOSCÓPIO	Negatoscópio, material em chapa de aço, com frente de acrílico, fixação de RX por roletes. Bivolt. Lâmpadas de LED, plug bipolar.	PREMIUM KONEX	2	Unidade	R\$ 1.130,30
4	AR	Ar Condicionado, SPLIT, 9.000 btus,	ELGIN	1	Unidade	R\$ 1.723,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º 576

Proc. n.º 240501/2022

Rubrica:

	CONDICIONADO	220v, quente/frio, com controle remoto.					
5	BIOBO PLUMBÍFERO	Biombo Plumbífero, medindo aproximadamente 1 80cm x 80cm x 1 mm, estrutura em aço ou alumínio, reto.	Metalurgica Pontual	1	Unidade	R\$	5.033,20
6	GLICOSÍMETRO	Glicosímetro, contendo lancetador, lancetas, kit com 50 tiras.	G-TECH	1	Unidade	R\$	159,05
7	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	Foco Refletor Ambulatorial, base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, iluminação em LED, Haste flexível.	VET DELTRALIFE	1	Unidade	R\$	510,75

Bacabal, Estado do Maranhão, 14 de julho de 2022.


CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA
Pregoeiro da CPL/PMB


RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
Membro da Equipe de Apoio