

PROPOSTA DE SERVIÇOS Nº 08/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL
CNPJ : 07.186.334/0001-40
E-MAIL : hospitalbacabal@gmail.com
HOSPITAL GERAL DE BACABAL

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prezados Srs(as), conforme solicitação apresentamos proposta para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nos equipamentos, RX MOVEL e FIXO, HOSPITAL GERAL DE BACABA segue descrição e valor da prestação de serviços.

ITENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VL. TOTAL
01	Troca da Lampada do Colimador do RX Móvel Aquila VMI 320.....	330,00
02	Troca da placa do TIMER temporizador do colimador do AquilaVMI 320	1.836,71
03	Troca da Lampada do Colimador do RX FIXO 600mA.....	330,00
04	Manutenção Preventiva e Corretiva no CR Digitalizador de Imagens	3.958,60
05	06 HorasTecnica.....	3.300,00
06	Deslocamento tecnico	1.710,00
07	Avaliação Tecnica –Mamografo Digital VMI Digimamo D.....	3.500,00
Valor total da proposta		RS 14.965,31

J. LUÍS SOUSA DA SILVA

Av. dos Franceses, nº27A, QD 01 Alemanha, São Luís-MA CEP: 65.036-281 Fone/Fax:

(98) 3223-3362 e-mail: comercial@radiologicahospitalar.com.br

CNPJ: 41.497.702/0001-00 - Ins. Estadual: 12.183.213-9

CONDICÕES COMERCIAIS:

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

GARANTIA: 90 DIAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ORÇAMENTO SUJEITO A ALTERAÇÃO

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AG:1414-1 C/C: 36.348-0

J. LUIS SOUSA DA SILVA

CNPJ: 41.497.702/0001-00 | PIX(cnpj) 41.497.702/0001-00

Sao Luis, 21 de novembro de 2023

JORGE LUIS SOUSA DA SILVA:47130512334
Assinado de forma digital por
JORGE LUIS SOUSA DA
SILVA:471305123-34
2023.11.21

Foto: Raio-X Fixo ALTUS



Foto: Raio-X Movel Aquila



J. LUÍS SOUSA DA SILVA

Av. dos Franceses, nº 27A, QD 01 Alemanha, São Luís-MA CEP: 65.036-281 Fone/Fax:

(98) 3223-3362 e-mail: comercial@radiologicahospitalar.com.br

CNPJ: 41.497.702/0001-00 - Ins. Estadual: 12.183.213-9

SEGUIMOS ESTES TERMOS:

Resolução Anvisa - RDC nº 330/2019 Estabelece os requisitos sanitários para a organização e o funcionamento de serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposições médicas, ocupacionais e do público, decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas.

Art. 28. O serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve estabelecer e implementar padrões de qualidade de imagem, garantir a sua manutenção, e assegurar que os equipamentos sejam operados apenas dentro das condições de uso estabelecidas nesta Resolução, nas demais normativas aplicáveis, e nas especificações dos fabricantes.

A manutenção dos equipamentos de radiologia deve ser feita de acordo com o que está estabelecido na Portaria SVS/MS nº 453, de 1 de junho de 1998, publicada pelo Ministério da Saúde

1. A **manutenção preventiva** é essencial para ajudar a manter seu equipamento funcionando com desempenho máximo, em conformidade com todos os padrões regulatórios e de segurança, e de acordo com os padrões operacionais determinados pelo fabricante.
2. A **manutenção corretiva** é aquela realizada para corrigir falhas ou problemas. É o processo de conserto realizado quando um equipamento para de funcionar e interrompe as atividades em sua clínica de radiologia
3. A **manutenção dos equipamentos de radiologia** é fundamental para garantir a segurança na operação de clínicas e hospitais e também para maior qualidade dos exames realizados e laudos médicos.

J. LUÍS SOUSA DA SILVA

Av. dos Franceses, nº 27A, QD 01 Alemanha, São Luís-MA CEP: 65.036-281 Fone/Fax:

(98) 3223-3362 e-mail: comercial@radiologicahospitalar.com.br

CNPJ: 41.497.702/0001-00 - Ins. Estadual: 12.183.213-9



INDÚSTRIA
BRASILEIRA

01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 002

Proc. nº: 223101/2023

Rubrica: 0

CARTA DE EXCLUSIVIDADE

A empresa **VMI TECNOLOGIAS LTDA**, CNPJ: 02.659.246/0001-03, Inscrição Estadual nº. 062.862.00-45, Inscrição Municipal nº. 005070/02, estabelecida a Rua Professos Eliseu Alves da Silva, 400 – Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, Lagoa Santa – MG – CEP: 33240-097, fabricante de equipamentos de Radiologia para diagnóstico por imagem médica. Declara que a empresa **J LUIS SOUSA E SILVA EPP – CNPJ 41.497.702/0001-00**, situada à AV DOS FRANCESES, 27 QD 01 – BAIRRO ALEMANHA – SÃO LUIS – MA – CEP: 65.036-281, é nosso **REPRESENTANTE EXCLUSIVO** para comercialização dos nossos equipamentos, acessórios e peças de reposição, instalação, prestação de assistência técnica, manutenção corretiva e preventiva com exclusividade para o Estado do Maranhão, em todos equipamentos Hospitalares da marca VMI TECNOLOGIAS.

Equipamento de RAIOS X FIXO APOLO - Registro ANVISA: 81583780001

Aparelho de RAIOS-X MÓVEL AQUILA 320 - Registro ANVISA: 81583780002

Equipamento Para Mamografia Digimamo - Registro ANVISA: 81583780003

Esta declaração tem validade de 24 meses após a data de emissão.

Lagoa Santa, 03 de janeiro de 2023.

SILVIA CARVALHO DE
MORAES26499444634 Assinado eletronicamente pelo CRM
CARVALHO DE MORAES,26499444634
Data: 2023.01.23 14:48:02 -0700

VMI TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ 02.659.246/0001-03
SILVIA CARVALHO DE MORAES
RG MG 753.323 – SSP
CPF 264.994.446-34

VMI TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ: 02.659.246/0001-03
R. Prefeito Eliseu Alves da Silva, 400
Distrito Industrial G. A. de Oliveira
33240-097 LAGOA SANTA - MG

VMI Tecnologias Ltda
CNPJ 02.659.246/0001-03 IE 062.862.693.00-45

End. Address: Rua Prefeito Eliseu Alves da Silva, 400
Distrito Industrial Genesco Ap. de Oliveira
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP Zip: 33.240-097

O ESTADO DA ARTE EM TECNOLOGIA DIGITAL

www.vmimedica.com.br

