



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º _____

Proc. n.º 020401/2024

Rubrica: _____ *R*

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Equipamentos Médico-Hospitalares, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA.

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 006/2024-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 020401/2024

Prezado(s) Senhor(es),

Trata-se de pedido de esclarecimento realizado por Alfredo Paulino Demarco, CPF nº 109.627.056-08, sobre o teor do Pregão Eletrônico n.º 006/2024-SRP, que tem como objeto o Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Equipamentos Médico-Hospitalares, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA.

Sobre as demandas apresentadas, esclarecemos o que segue.

1. Capacidade da Mesa referente ao item 8

A mesa cirúrgica em questão deve atender à Portaria n.º 496/2007 do Ministério da Saúde. Portanto, a capacidade operacional (movimento) da mesa deve suportar um peso mínimo de 230 kg, enquanto a capacidade estática (parada) deve ser de no mínimo 400 kg.

Dessa forma, ressaltamos que os requisitos de contratação a serem observados são aqueles elencados no corpo do Edital no Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar. Estes documentos estabelecem os parâmetros mínimos para o cumprimento das demandas da Administração.

Sem mais para o momento, esperamos ter respondido todos os quesitos levantados.

Bacabal, Estado do Maranhão, 25 de junho de 2024.

Atenciosamente,


RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria n.º 040/2024